

**ТЕРМОСТАТЫ ЖИДКОСТНЫЕ  
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
«КРИО-ВИС-Т-05»,  
«КРИО-ВИС-Т-05-01»**

*Руководство по эксплуатации  
ТКЛШ 032.00.00.000 РЭ*

**!** *Перед применением термостата, пожалуйста, прочитайте данное руководство.*

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа термостата .....	3
1.1	Назначение.....	3
1.2	Технические характеристики .....	3
1.3	Состав термостата .....	4
1.4	Устройство и принцип работы .....	5
1.5	Маркировка .....	6
1.6	Упаковка .....	6
2	Использование по назначению .....	6
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	6
2.2	Подготовка к использованию .....	7
2.3	Установка вискозиметров.....	8
2.4	Добавление теплоносителя. ....	9
3	Техническое обслуживание и текущий ремонт.....	9
4	Транспортирование и хранение.....	10
4.1	Транспортирование .....	10
4.2	Хранение.....	10
5	Аттестация термостата.....	10
6	Прочие сведения.....	10
6.1	Форма записи при заказе.....	10
6.2	Сведения о приемке и аттестации .....	11
6.3	Свидетельство об упаковке.....	11
6.4	Гарантийные обязательства .....	12
6.5	Сведения о рекламациях .....	12
7	Сведения о техническом обслуживании термостата .....	13
8	Сведения об аттестации.....	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень ссылочных нормативных документов .....	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Контроль качества теплоносителя.....	16
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. Запрос на техническое обслуживание .....	17

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на термостаты жидкостные низкотемпературные «КРИО-ВИС-Т-05» и «КРИО-ВИС-Т-05-01» (далее по тексту — термостаты) и содержит сведения, необходимые для изучения устройства, принципа действия, правил эксплуатации и технического обслуживания термостатов.

К работе с термостатами допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, имеющие необходимую профессиональную подготовку и обученные правилам техники безопасности при работе с электроустановками.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему термостатов изменения, не влияющие на их технические характеристики, без коррекции эксплуатационной документации.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТЕРМОСТАТА

### 1.1 Назначение

1.1.1 Термостаты «КРИО-ВИС-Т-05» и «КРИО-ВИС-Т-05-01» предназначены для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33.

1.1.2 Термостаты могут быть использованы в промышленных и научно-исследовательских лабораториях.

1.1.3 При эксплуатации в рабочих условиях, термостаты устойчивы к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150, со следующими уточнениями:

- температура окружающего воздуха, °С .....от плюс 10 до плюс 25
- относительная влажность воздуха, при плюс 25 °С, % ..... до 80

1.1.4 Термостаты «КРИО-ВИС-Т-05» не являются средством измерения.

### 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон регулирования температуры:

- для КРИО-ВИС-Т-05, °С.....минус 50 до плюс 30
- для КРИО-ВИС-Т-05-01, °С.....минус 70 до плюс 30

1.2.2 Время выхода термостата от плюс 20 °С до установленной температуры минус 50 °С, ч, не более .....2.5

1.2.3 Нестабильность поддержания установленной температуры в течение 1 ч, °С, в пределах..... ±0.02

1.2.4 Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата, °С, в пределах..... ±0.02

1.2.5 Объем теплоносителя при плюс 20 °С, л, не более .....12

1.2.6 Рекомендуемый теплоноситель:

- для диапазона температур от минус 50 до минус 10 °С..... спирт этиловый ГОСТ 17299-78
- для диапазона температур от минус 10 до плюс 30 °С.....жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40) ГОСТ 28084

**!** *Использование полиметилсилоксановых (ПМС) и полиэтилсилоксановых (ПЭС) теплоносителей НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.*

**!** *Использование не рекомендованных производителем теплоносителей может привести к неисправности прибора.*

1.2.7 Мощность охлаждения, Вт:

- при минус 50 °С для КРИО-ВИС-Т-05 ..... 300
- при минус 70 °С для КРИО-ВИС-Т-05-01..... 300

- 1.2.8 Габаритные размеры термостата, мм, не более .....740×410×1200
- 1.2.9 Размеры рабочей зоны, мм..... 140×140×400
- 1.2.10 Размеры смотрового окна, мм..... 130×270
- 1.2.11 Масса термостата без теплоносителя, кг, не более ..... 124
- 1.2.12 Время непрерывной работы в лабораторных условиях, ч, не менее ..... 8
- 1.2.13 Средний срок службы, лет, не менее ..... 7
- 1.2.14 Средняя наработка на отказ, ч, не менее ..... 4000
- 1.2.15 Гарантийный срок службы, мес. ....24
- 1.2.16 Питание термостата осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В частотой (50±1) Гц.
- 1.2.17 Потребляемая мощность, кВт, не более.....4.2
- 1.2.18 По требованиям безопасности термостат удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0.
- 1.2.19 По способу защиты от поражения электрическим током термостат относится к классу I.

### 1.3 Состав термостата

Комплект поставки термостата соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Корпус термостата	ТКЛШ 032.00.00.000	1
2 Блок регулирования температуры «М11»	ТКЛШ 3.222.009-11	1
3 Кабель соединительный	ТКЛШ 4.853.008	1
4 Держатели для вискозиметров*	ТКЛШ 032.10.00.000	2
5 Выходная трубка	ТКЛШ 005.00.00.002-01	1
6 Сливной шланг	Покупное изделие	1
7 Крышка	ТКЛШ 032.09.01.000	1
8 Пробка	ТКЛШ 605.20.00.004-3-01	2
9 Розетка электрическая 40А	Покупное изделие	1
10 Руководство по эксплуатации	ТКЛШ 032.00.00.000 РЭ	1
11 Программа и методика аттестации	СШЖИ 2.998.025 ПМА	1

Примечание:\* — держатели для вискозиметров установлены на корпусе термостата.

## 1.4 Устройство и принцип работы




Рисунок 1 — Внешний вид термостатов «КРИО-ВИС-Т-05»




Рисунок 2 — Устройство термостата

1.4.1 Внешний вид термостата показан на рисунке 1.

1.4.2 Конструкция термостата состоит из блока регулирования температуры 1 и корпуса 2 (рисунок 1), внутри которого расположены: буферная 2 и рабочая 7 ванны. В корпусе термостата также размещена холодильная машина 9 (рисунок 2). В буферной ванне, кроме погружаемой части блока регулирования, расположены выходная трубка насоса 4 и теплообменник 3 (рисунок 2), по которому прокачивается хладагент при работе холодильной машины. В передней стенке корпуса имеется смотровое окно 3 (рисунок 1).

1.4.3 Работа термостата заключается в поддержании заданной температуры циркулирующего теплоносителя и обеспечении равномерного температурного поля в рабочей зоне. Циркуляция теплоносителя обеспечивается центробежным насосом 6 (рисунок 2), расположенным в блоке регулирования температуры.

1.4.4 Поддержание заданной температуры теплоносителя осуществляется электронным регулятором, расположенными в блоке регулирования температуры 1 (рисунок 1) при помощи датчика температуры и электрического нагревателя. Охлаждение теплоносителя осуществляется с помощью холодильной машины 9 посредством теплообменника 3, установленного в буферной ванне (рисунок 2).

1.4.5 Циркуляционный насос 6 блока регулирования температуры забирает теплоноситель из буферной ванны 2 и нагнетает его в резервуар с нагревателем и датчиком температуры 5. В резервуаре температура теплоносителя регулируется и, далее, через выходную трубку 4 теплоноситель поступает в рабочую ванну 7. Далее теплоноситель из рабочей ванны возвращается в буферную 2. Благодаря этому происходит постоянный теплообмен между буферной и рабочей ваннами и поддержание заданной температуры теплоносителя. В рабочую ванну устанавливаются вискозиметры 8 (рисунок 2).

1.4.6 Управление режимами регулирования температуры теплоносителя описано в документе «ТКЛШ 3.222.009-11 РЭ. Блок регулирования температуры погружной циркуляционный «М11».

## 1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировочная наклейка, расположенная на задней панели корпуса термостата, содержит:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование термостата;
- вид климатического исполнения;
- данные о номинальных значениях напряжения, частоты питания и потребляемой мощности;
- номер термостата по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления.

1.5.2 На транспортную тару наносятся основные и дополнительные информационные надписи и манипуляционные знаки «ВЕРХ», «НЕ БРОСАТЬ» в соответствии с ГОСТ 14192.

## 1.6 Упаковка

1.6.1 В ящик, изготовленный по чертежам предприятия, уложены комплектующие в соответствии с перечнем, указанным в таблице 1.

1.6.2 В упаковочном листе указываются следующие сведения:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и номер термостата;
- комплектность термостата;
- дата упаковки;
- подпись упаковщика и печать предприятия-изготовителя.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

При использовании термостата следует принимать во внимание следующие эксплуатационные ограничения:

- термостат нельзя использовать во взрывоопасных помещениях;
- температура окружающей среды должна соответствовать 1.1.3;
- не допускается попадания влаги на внутренние электрические элементы термостата.

Требуется полное отключение от электропитания в следующих случаях:

- нужно избежать любой опасности, связанной с использованием термостата;
- проводится очистка;
- идет подготовка к ремонту или техническому обслуживанию специалистами.

**!** Полное отключение означает: вилка сетевого шнура вынута из электрической розетки.

## 2.2 Подготовка к использованию




Рисунок 3 — Установка блока регулирования температуры




Рисунок 4 — Задняя панель блока регулирования температуры

2.2.1 Выбрать место установки термостата вдали от источников тепла и со свободным доступом воздуха таким образом, чтобы расстояние от боковых стенок термостата, имеющих вентиляционные решетки, до другого оборудования или стен помещения было не менее 0.4 м.

2.2.2 Установить корпус термостата на горизонтальную поверхность.

2.2.3 Установить блок регулирования температуры 1 в отверстие на крышке корпуса термостата 3. После установки закрепить блок регулирования на крышке винтовыми фиксаторами 2 (рисунок 3).

2.2.4 К переливному патрубку 4 (рисунок 5) присоединить сливной шланг. Противоположный конец шланга опустить в емкость объемом не менее 1.5 л. Это необходимо для предотвращения разлива теплоносителя, вытесняемого при нагревании из-за его температурного расширения или при заполнении ванны.

2.2.5 Заполнить термостат теплоносителем через отверстие в крышке, учитывая диапазон применения (1.2.6). Жидкость следует наливать (доливать) в ванну термостата до момента начала ее слива из переливного патрубка 4 (рисунок 5).

2.2.6 Для проверки уровня заполнения термостата шнур электропитания блока регулирования подключить к сети напряжением 220 В и включить блок. Двигатель насоса заработает, начнется перекачивание теплоносителя. Через 1-2 минуты выключить блок управления и отсоединить вилку шнура от питающей сети. При необходимости долить теплоноситель в рабочую ванну, как указано в 2.2.5.




Рисунок 5 — Боковая панель корпуса термостата

2.2.7 Вставить вилку шнура питания блока регулирования температуры в розетку 2 (рисунок 5). Соединить кабелем из комплекта поставки блок регулирования (разъем 1, рисунок 4) и холодильную машину (разъем 1, рисунок 5). Шнур питания термостата подключить к питающей сети напряжением 220 В, при этом автоматический выключатель 3 (рисунок 5) должен быть выключен

2.2.8 Автоматический выключатель 3 перевести в положение включено (рисунок 5).

2.2.9 При проведении работ по очистке термостата, слить теплоноситель через сливной кран 5 (рисунок 5).

2.2.10 Управление режимами регулирования температуры теплоносителя описано в документе «ТКЛШ 3.222.009-11 РЭ. Блок регулирования температуры погружной циркуляционный «М11».

### 2.3 Установка вискозиметров

2.3.1 Держатели из комплекта поставки термостата предназначены для установки вискозиметров ВПЖ-1, ВПЖ-2, ВПЖ-4, ВНЖ в ваннах термостатов серий «КРИО-ВИС-Т».

2.3.2 Установка вискозиметров в держатель показана на рисунке 6:




Рисунок 6 — Установка вискозиметров

Для установки вискозиметров в держатель:

- вставить вискозиметр снизу, толстой трубкой 1 в отверстие с пружиной, при этом отводная трубка 2 должна пройти через проем 3. Тонкая трубка 5 должна попасть в отверстие 4;
- повернуть вискозиметр таким образом, чтобы отводная трубка 2 зашла в паз уголка 6 (рисунок 6).



## 2.4 Добавление теплоносителя.

2.4.1 При понижении температуры теплоносителя снижается его уровень в ванне, что может привести к срабатыванию защиты. Рекомендуется доливать теплоноситель через каждые 30-40 °С снижения его температуры, например при достижении –10 и –50 °С.

2.4.2 При выполнении процедуры добавления теплоносителя в ванну термостата необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку ванна имеет стеклянное окно.

**!** При добавлении теплоносителя в ванну необходимо использовать воронку, конец которой следует погрузить в теплоноситель, находящийся в ванне, как можно дальше от стекла. Доливать теплоноситель следует медленно, без брызг, так как возможно разрушение холодного стекла при попадании на него теплоносителя комнатной температуры.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1.1 Для исправного функционирования холодильной машины термостата следует не реже одного раза в месяц удалять пыль из воздушного теплообменника. Для этого:

- на декофоте (решетчатом пластиковом люке), расположенном в нижней части корпуса термостата, откинуть защитную решетку, подцепив фиксаторы отверткой;
- при помощи пылесоса тщательно очистить от пыли черную оребренную поверхность воздушного теплообменника;
- если есть такая возможность, продуть теплообменник при помощи сжатого воздуха;
- после очистки установить защитную решетку на место.

3.1.2 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2, во всех остальных случаях выхода термостата из строя следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Таблица 2

Неисправность	Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Блок регулирования не переключается в рабочий режим	Не светится дисплей блока регулирования температуры	Сработал автоматический предохранитель, обрыв в кабеле питания, неисправность вилки электрошнура	Включить сработавший предохранитель, отремонтировать сетевой кабель, заменить вилку электрошнура
Нет связи между блоком управления и холодильной машиной	Не работает холодильная машина	Обрыв в соединительном кабеле либо окисление контактов разъемов	Промыть спиртом разъемные соединения, проверить кабель
Перегревание двигателя насоса	Регулярно срабатывает защита от перегрева двигателя насоса	Использование вязкого теплоносителя	Заменить теплоноситель

## 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### 4.1 Транспортирование

4.1.1 Транспортирование термостата в упакованном виде производят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в условиях хранения, соответствующих 3 ГОСТ 15150.

### 4.2 Хранение

4.2.1 Термостат до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения, соответствующих 1 ГОСТ 15150.

4.2.2 Хранение термостата без упаковки возможно при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

## 5 АТТЕСТАЦИЯ ТЕРМОСТАТА

5.1.1 Аттестация термостата осуществляется в соответствии с документом СШЖИ 2.998.025 ПМА «Термостат жидкостный «КРИО-ВИС-Т-05». Программа и методика аттестации», утвержденным ФГУ «Томский ЦСМ».

## 6 ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

### 6.1 Форма записи при заказе

6.1.1 В качестве опций термостат может быть укомплектован следующими элементами:

- интерфейсом RS-232 или RS-485;
- внешним датчиком температуры.

6.1.2 Запись при заказе:

Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВИС-Т-05-**<модификация>**-**<интерфейс>**  
**<внешний датчик>**, ТУ 4215-011-44229117-04.

**<интерфейс>** —                    232 — наличие интерфейса RS-232  
                                                      485 — наличие интерфейса RS-485  
**<внешний датчик>** —            В — наличие внешнего датчика

6.1.3 Примеры записи при заказе:

КРИО-ВИС-Т-05-232В — термостат КРИО-ВИС-Т-05 с интерфейсом RS-232 и внешним датчиком.

КРИО-ВИС-Т-05-01-485 — термостат КРИО-ВИС-Т-05-01 с интерфейсом RS-485.

## 6.2 Сведения о приемке и аттестации

Термостат жидкостный «КРИО-ВИС-Т-05 » заводской № \_\_\_\_\_ прошел приемосдаточные испытания и первичную аттестацию на соответствие ТУ 4215-011-44229117-04 и допущен к применению:

М.п.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

М.п.

Дата аттестации \_\_\_\_\_

Отв. за аттестацию \_\_\_\_\_

## 6.3 Свидетельство об упаковке

Термостат жидкостный «КРИО-ВИС-Т-05 » заводской № \_\_\_\_\_ упакован согласно требованиям, предусмотренным ТУ 4215-011-44229117-04:

М.п.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

## 6.4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок, в течение которого предприятие-изготовитель обязуется устранять выявленные неисправности, составляет 12 месяцев от даты ввода термостата в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты отправки потребителю. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, если он выполняет все требования по транспортировке, хранению и эксплуатации термостата.

**!** *Внимание! Термостат в гарантийный ремонт следует отправлять только в транспортной таре предприятия-изготовителя. Транспортировка термостата в не предназначенной для этого транспортной таре может привести к повреждению холодильной машины.*

**!** *Сохраняйте заводскую упаковку термостата в течение всего гарантийного срока.*

## 6.5 Сведения о рекламациях

При возврате термостата предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта необходимо заполнить форму запроса на техническое обслуживание, приведенную в приложении В. При неисправности термостата в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт рекламации с указанием выявленных неисправностей.

**!** *Термостат, возвращаемый предприятию-изготовителю для технического обслуживания или ремонта, должен быть чистым. Если обнаружится, что термостат загрязнен, то он будет возвращен потребителю за его счет. Загрязненный термостат не будет ремонтироваться, заменяться или попадать под гарантию до тех пор, пока он не будет очищен потребителем.*

Заполненная форма запроса на техническое обслуживание и, при необходимости, акт рекламации вместе с термостатом высылаются в адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Термэкс»  
634021, г. Томск, пр-т Академический 4 ст. 3.  
Тел. (3822) 49–21–52; 49–26–31; 49–28–91  
Факс: (3822) 49–21–52.

E-mail: [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

## 7 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕРМОСТАТА

Дата	Вид технического обслуживания или ремонта	Должность, фамилия и подпись		Гарантийные обязательства
		выполнившего работу	проверившего работу	

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Термостат жидкостный «КРИО-ВИС-Т-05» заводской № \_\_\_\_\_

Дата аттестации	Наименование аттестующего органа	Заключение об аттестации	Подпись лица, ответственного за аттестацию

**ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Обозначение	Наименование
ГОСТ 33-2000	Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 14192-84	Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-96	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 28084-89	Жидкости охлаждающие. Низкозамерзающие. Общие технические условия.
ТУ 4215-011-44229117-04	Термостаты для измерения вязкости жидкостей. Технические условия.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

ТОСОЛ А 40 является ~55% водным раствором этиленгликоля с добавкой антиокислительной присадки, пеногасителя и красителя.


Длительная эксплуатация термостата при температурах теплоносителя выше 40 °С приводит к частичному испарению воды, увеличению концентрации этиленгликоля и резкому росту вязкости теплоносителя.

Вследствие этого увеличивается нестабильность термостата.

Плотность теплоносителя (ТОСОЛа А 40) должна находиться в диапазоне от 1065 до 1075 кг/м<sup>3</sup>.

Рекомендуем 1-2 раза в месяц проверять плотность теплоносителя ареометрами АОН 1 1060 1120 или АОН 2 1000 1080.

При увеличении плотности нужно добавить дистиллированную или деминерализованную воду в количестве, рассчитанном по графику.





## ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЗАПРОС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### *Запрос на техническое обслуживание*

Адрес заказчика: .....

.....

.....

.....

Контактное лицо: .....

Телефон: .....

Факс: .....

E-mail: .....

Тип прибора или узла: .....

.....

Серийный номер: ..... Год выпуска: .....

Краткое описание неисправности: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....